＊＊2009年７月１日改訂（第3版）
＊2005年９月改訂

| 承認番号 | 21100BZY00227000 |
|---|---|

器74　医薬品注入器
＊医薬品・ワクチン用注入器　12504002
＊管理医療機器

ツインジェクター® EZⅡ付属品

再使用禁止

# ツインジェクター® EZⅡ用　アダプター

**【禁忌・禁止】**
1．本品は、ディスポーザブル製品であるので、１回限りの使用のみで再使用しないこと。
2．本品は、ツインジェクターEZⅡを用いた注射以外に使用しないこと。

**＊【形状・構造及び原理等】**
1．構造
本品は次に示すように、(1)アダプター及び(2)アダプターキャップからなる。




注）バイアル瓶は本品に含まれない。

2．組成

| | 名称 | 原材料 |
|---|---|---|
| (1)アダプター | アダプター本体注) | ポリカーボネート |
| | アダプターシール注) | シリコーンゴム |
| | アダプターブリスター | ポリエチレン<br>ポリエチレン不織布 |
| (2) アダプターキャップ | | ポリエチレン |

注）：薬液に接触する

**＊【使用目的】**
本品は、ツインジェクターEZⅡ本体にバイアル内の薬液を吸入する際に使用するアダプターである。

**＊【操作方法又は使用方法等】**
本品の詳細な操作方法又は使用方法についてはツインジェクターEZⅡの取扱説明書を参照すること。

**【使用上の注意】**
**1．重要な基本的注意**
1）包装の破損などにより無菌性が損なわれていると考えられる場合は使用しないこと。
2）使用の際には必ずツインジェクターEZⅡの取扱説明書を参照すること。
**2．その他の注意**
本品の取り扱いについて患者教育を十分行うこと。また、患者自身に本品を操作させ、その操作が確実に行われていることを確認すること。

**【貯蔵・保管方法及び使用期間等】**
1．保管方法
1）清潔な場所に保管すること。
2）幼児の手の届かない場所に保管すること。
3）使用済の本品は廃棄容器等に入れ、医療機関に返却する等適切に処理すること。
2．使用期限
ブリスター包装に表示（自己認証による）。

**【包装】**
アダプター：５個

**＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**
＊＊＊1．製造販売元
日本ケミカルリサーチ株式会社
〒659-0021　兵庫県芦屋市春日町3-19
（電話）0797-32-8591
お問い合わせ先
グロウジェクトお客様相談窓口
0120-999-393（フリーコール）
受付時間 9:00～21:00（土・日・祝祭日を除く）

＊2．製造元
日本ケミカルリサーチ株式会社

ツインジェクターEZⅡ取扱説明書を必ずご参照下さい